



## ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

przy Ministrze Zdrowia

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

Sekretariat: tel.: 22 883 35 12, fax: 22 883 35 13, Zespół ds. Kontraktów 22 883 36 32, 883 36 49

Zespół ds. Przetargów: tel. 22 883 36 08, 883 36 09, 883 35 53, tel./fax: 22 883 35 52

Zespół ds. Finansowo-Księgowych tel. 22 883 36 46

Warszawa, dnia 10/10/2018

ZZP.ZP.175/18.823.18

## WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę fabrycznie nowej aparatury medycznej: Gamma kamera Spect-Ct w liczbie 4 sztuk.**

znak sprawy: ZZP- 175/18

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia bardzo dziękuje za zwrócenie uwagi na poniższe kwestie:

1. **Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów techniczno-użytkowych, pkt. 5,** (*„Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu).”*), **oraz Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów techniczno-użytkowych, pkt. 10,** (*„Dla WIM, BCO i WSS (dla każdego z 3 ośrodków) dodatkowo: oprogramowanie do dozymetrii w radioterapii wewnętrznej, systemowej i selektywnej (tj SIRT) umożliwiające obliczenia rozkładu dawki metodami: specyficznymi dla pacjenta (np. metoda Voxel S) oraz w oparciu o fantom z zaimplementowanymi metodami obliczeniowymi IDAC-Dose 2.1. Licencja bezterminowa dla 1 użytkownika.”*):

Zwracamy uwagę na fakt, że dostępne na rynku oprogramowanie do dozymetrii w radioterapii wewnętrznej, systemowej i selektywnej, spełniające wymagania opisu nie posiada znaku CE. Prosimy o potwierdzenie, że analogicznie jak w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowej aparatury medycznej: Gamma kamery SPECT – CT w liczbie 7 sztuk (postępowanie znak: ZZP-174/18), gdzie opis oprogramowania do dozymetrii w radioterapii wewnętrznej, systemowej i selektywnej jest tożsamy, a wymóg posiadania znaku CE (pkt. 4, załącznika 2a do postępowania ZZP-174/18) dotyczy całości przedmiotu zamówienia z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii:

4.	Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu). Nie dotyczy p. 22 tabeli Parametry punktowane	TAK	
----	--	-----	--

zapis w załączniku 2a, pkt. 5, postępowania ZZP-175/18 powinien brzmieć:

5.	Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu). Nie dotyczy p. 10 tabeli Parametry punktowane	TAK	
----	--	-----	--

Tak, Zamawiający potwierdza, tym samym poprawia omyłkę redakcyjną

2. Zauważyliśmy rozbieżność odpowiedzi na pytanie nr 72, udzielonej w piśmie z dnia 02.10.2018, pismo znak: ZPP.ZP.175/18.747.18 z zapisami załącznika 2a zmodyfikowanego w dniu 02.10.2018, Specyfikacja granicznych parametrów techniczno-użytkowych, pkt 28 (dotyczy czułości kolimatorów LEHR). Prosimy o potwierdzenie czy zapisy w tabeli są obowiązujące.

Zamawiający informuje iż wiążącą odpowiedzią na pytanie jest odpowiedź nr 72 w piśmie z dnia 02.10.2018 r. Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę redakcyjną i pozostawia pierwotną treść pkt 28 tabeli z załącznika 2a do SIWZ: "Kolimatory niskoenergetyczne, wysokiej rozdzielczości (LEHR) o czułość  $\geq 200$  cpm/  $\mu\text{Ci}$  – 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) mierzonej zgodnie ze standardem NEMA.