

poczekalnia

maga-  
zyn

Kabina

Kabina

sterownia  
 $8,8 \text{ m}^2$

Sala Nr 2  
 $41,15 \text{ m}^2$

ciemnia  
 $39,2 \text{ m}^2$

ciemnia

Lampka ostrzegawcza

300

170

195

II

III







IV

IV

Wojewódzki Szpital Zespólny Zakład Rentgenowski sala 2	Skala 1:750	Ostony stare przed promienionowaniem jonizującym
---	----------------	---

Kreslit:

Objaśnienia:

-  szkło okwowe o równowazniku 2.1mm Pb
-  blacha okwowa 3mm
-  barytobeton o gest. 3.2g/cm<sup>3</sup> 15; 20mm
-  Strop podłogowy barytobeton 20mm
-  Strop sufitowy barytobeton 20mm
-  cecha ptna 120mm (1480)

