



ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

przy Ministrze Zdrowia

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

Sekretariat: tel.: 22 883 35 12, fax: 22 883 35 13, Zespół ds. Kontraktów 22 883 36 32, 883 36 49

Zespół ds. Przetargów: tel. 22 883 36 08, 883 36 09, 883 35 53, tel./fax: 22 883 35 52

Zespół ds. Finansowo-Księgowych tel. 22 883 36 46

Warszawa, dnia 18/09/2018 r.

ZZP.ZP.171/18.699.18

WYKONAWCY

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: **Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wieloenergetyczny.**
Znak sprawy: ZZP-171/18

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III, pkt 6 (tabela)

„Zamawiający proszony jest o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie treści „DCO” tekstem „ZCO”

Odpowiedź 1

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i zastępuje słowo „DCO” słowem „ZCO” w Załączniku nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III.

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 (wymagania przedmiotowe).

„Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 należy złożyć do oferowanych wyrobów medycznych”

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza, że dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ, pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 należy złożyć do oferowanych wyrobów medycznych.

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ rozdz. VI pkt. 1 ppkt 1.2 Opis przedmiotu zamówienia

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest przeprowadzenie, w żadnym zakresie prac adaptacyjnych – dostosowujących istniejące pomieszczenia do wymogów producenta sprzętu, którego dostawa jest przedmiotem tego postępowania”

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest przeprowadzenie, w żadnym zakresie prac adaptacyjnych – dostosowujących istniejące pomieszczenia do wymogów producenta sprzętu, którego dostawa jest przedmiotem tego postępowania. W SIWZ szczegółowo określono jednak wymagania odnośnie dostarczenia przez Wykonawcę danych i wytycznych niezbędnych do wykonania prac projektowych adaptacji, a także uczestnictwa podczas realizacji adaptacji.

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ rozdz. VI ppkt 2.1 SIWZ

„Warunkiem udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności jest m.in. posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanych akceleratorów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 Prawo atomowe (t.j. Dz. U. 2018.792) wykonywanie działalności związanej z serwisowaniem oferowanych akceleratorów nie wymaga zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. W związku z powyższym czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie uruchamiania oferowanych akceleratorów.”

Odpowiedź 4

Zamawiający traktuje te pojęcia jako równoznaczne, dlatego przedstawienie zezwolenia PPA na uruchomienie lub serwisowanie będzie prawidłowe dla spełnienia warunku.

Pytanie 5

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 2 ppkt 2.3

„Czy z uwagi na zapis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz zważywszy, że realizacja przedmiotu postępowania odbywa się na rzecz profesjonalnego użytkownika - Zamawiający dopuści dołączenie do oferty materiałów informacyjnych, prospektów lub kart katalogowych potwierdzających spełnianie przez oferowany sprzęt/aparat/wyposażenie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych, określonych w Ofercie technicznej, w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski?”

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że tłumaczenie dokumentów dotyczy wyłącznie tych obszarów, w których katalogi, foldery etc. odnoszą się wprost do wymagań Zamawiającego opisanych w Załączniku nr 2 do OFERTY, ergo – w pozostałym zakresie dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski. Nadmienić należy, że Zamawiający nie wymaga tłumaczenia tłumacza przysięgłego, ani żadnej innej szczególnej formy. Wystarczy dokument źródłowy w języku obcym i tłumaczenie Wykonawcy z odniesieniem tekstu do właściwych punktów OPZ.

Pytanie 6

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.1.1 w zw. z §7 ust. 1 pkt 1.1 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy akceleratora na 14.12.2018 r. pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Zdrowia na zmianę terminu w ramach realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu?”

Odpowiedź 6

Zamawiający deklaruje, że w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Zdrowia na zmianę terminu w ramach realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy akceleratora loco magazyn Wykonawcy na termin co najmniej o dwa dni robocze wcześniejszy, niż nowy termin wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia. Możliwość zmiany terminu została wprowadzona do wzoru umowy (załącznik 1a do SIWZ) w warunkach zmiany umowy - §17 ust. 2, dodany pkt. 2.3. Jednocześnie Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę w §7 ust. 1 pkt 1.1 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy) zmieniając błędne odwołanie do poz. 1.1-1.18 na poprawne do poz. 1.1-1.23.

Pytanie 7

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.1.2 w zw. z §7 ust. 1 pkt 1.3 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy)

„Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem: zgłoszenie przez Zamawiającego gotowości do instalacji? Czy Zamawiający rozumie przez to, że w dniu zgłoszenia „gotowości do instalacji” pomieszczenia, w których ma być ona prowadzona, będą spełniały wymagania producenta sprzętu w zakresie wymogów instalacyjnych oraz wymogów ochrony radiologicznej?”

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza tę interpretację.

Pytanie 8

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.1.3 w zw. z §7 ust. 1 pkt 1.4 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na:

„wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, [dalej bez zmian] ?

Odpowiedź 8

Zamawiający wyraża zgodę i uzupełnia zapis w rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.1.3 następująco:

„3.1.3 wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem:” Jednocześnie Zamawiający analogicznie uzupełnia zapis w §7 ust. 1 pkt 1.4 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy):

„1.4 Faza IV – wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem:”

Pytanie 9

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.1 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.1 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy akceleratora na 14.12.2018 r. pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Zdrowia na zmianę terminu w ramach realizacji umowy pomiędzy Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej a Ministerstwem Zdrowia z dnia 23 lipca 2018 nr 1/6/1/2018/512/177 ?”

Odpowiedź 9

Zamawiający deklaruje, że w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Zdrowia na zmianę terminu w ramach realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy akceleratora loco magazyn Wykonawcy na termin co najmniej o dwa dni robocze wcześniejszy, niż nowy termin wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia. Możliwość zmiany terminu została wprowadzona do wzoru umowy (załącznik 1b do SIWZ) w warunkach zmiany umowy - §17 ust. 2, dodany pkt. 2.3.

Pytanie 10

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.2 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy)

„Zamawiający proszony jest o wykreślenie zapisu „wraz z uzyskaniem zgody PAA”, gdyż takowa zgoda na etapie wykonania projektu osłon stałych, a jeszcze przed wykonaniem prac adaptacyjnych w bunkrze, przez PAA nie jest wydawana”

Odpowiedź 10

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zapis „wraz z uzyskaniem zgody PAA” w SIWZ, rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.2. Jednocześnie Zamawiający analogicznie wykreśla zapis „wraz z uzyskaniem zgody PAA” w §3 ust. 2 pkt 2.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy).

Pytanie 11

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.2 oraz pkt. 7 ppkt 7.1.5 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy)

„Jako, że przedmiotem niniejszego postępowania jest „Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wieloenergetyczny”, nałożenia na Wykonawcę obowiązku nadzoru nad wykonywanymi pracami adaptacyjnymi, których dodatkowo zakres nie został nigdzie w tym postępowaniu określony, wykracza poza przedmiot niniejszego postępowania, a zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:

Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;*
- 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;*
- 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;*
- 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.*

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu o nadzorze wykonywanych prac adaptacyjnych lub określeniu zakresu planowanych prac adaptacyjnych, postawy ich prowadzenia (zgłoszenie / pozwolenie na budowę), ich szacunkowej wartości, gdyż

wszystkie te czynniki mają wpływ na oszacowanie przez Wykonawcę kosztów prowadzenie takowego nadzoru.”

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że nie nakłada na wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru nad pracami adaptacyjnym. Przez pojęcie „nadzór” zamawiający rozumie ogólną kontrolę pod kątem zgodności prac projektowych z wytycznymi producenta oferowanego akceleratora i DTR akceleratora tj. dokumentacji technicznej sprzętu wskazanej w §2 ust. 1-IV załącznika nr 1b do SIWZ oraz poprawności realizowanych robót, świadczoną doraźnie, maksymalnie 4-krotnie (4x jeden dzień roboczy) na wezwanie Zamawiającego. Nie musi być to nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Pytanie 12

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.3 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.3 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy)

„Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem: zgłoszenie przez Zamawiającego gotowości do instalacji ? Czy Zamawiający rozumie przez to, że w dniu zgłoszenia „gotowości do instalacji” pomieszczenia, w których ma być ona prowadzona, będą spełniały wymagania producenta sprzętu w zakresie wymogów instalacyjnych oraz wymogów ochrony radiologicznej ?”

Odpowiedź 12

Zamawiający potwierdza tę interpretację.

Pytanie 13

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.4 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.4 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na: „wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz szkoleń zgodnie z wymaganiami producenta niezbędnych do właściwego używania przedmiotu dostawy w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadająca opóźnieniu zgłoszenia,, [dalej bez zmian] ?”

Odpowiedź 13

Zamawiający wyraża zgodę i uzupełnia zapis w rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.2.4 następująco:
„3.2.4 wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz szkoleń zgodnie z wymaganiami producenta niezbędnych do właściwego używania przedmiotu dostawy w terminie do dnia 29.03.2019 r., pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem:”

Jednocześnie Zamawiający analogicznie uzupełnia zapis w §3 ust. 2 pkt 2.4 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy):

„2.4 Faza IV – wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz szkoleń zgodnie z wymaganiami producenta niezbędnych do właściwego używania przedmiotu dostawy w terminie do dnia 29.03.2019 r., pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w

terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem:"

Pytanie 14

Dotyczy SIWZ - rozdział VI ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2 SIWZ w zw. z §2 lit. A, §3 ust. 1 oraz §7 ust. 1 pkt 1.1, §5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1a do SIWZ oraz §2 ust. 1 pkt I, §3 ust. 2 pkt 2.1 stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ

„Mając na uwadze definicję pojęcia „dostawa” zawartą w art. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wyraz dostawa użyty w treści przytoczonych powyżej postanowień oznacza dostarczenie sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia do magazynu Wykonawcy”

Odpowiedź 14

Zamawiający potwierdza, że wyraz „dostawa” użyty w treści przytoczonych powyżej postanowień oznacza dostarczenie sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia do magazynu Wykonawcy, gdyż tegoż sformułowania użyto w przywołanych postanowieniach.

Pytanie 15

Dotyczy SIWZ - rozdział VI ppkt 3.2.2 SIWZ, §2 ust. 1 pkt III, §3 ust. 2 pkt 2.2, §14 ust. 2 wzoru umowy załącznik nr 1b do SIWZ

„Zamawiający w treści postanowień powyżej wskazanych proszony jest o wykreślenie treści w brzmieniu „wraz z uzyskaniem zgody PAA”, „po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki”. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Prezes Państwowej Agencji Atomistyki nie wydaje pozytywnych opinii dla projektu ochrony radiologicznej”

Odpowiedź 15

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zapisy „wraz z uzyskaniem zgody PAA” oraz „po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki” SIWZ - rozdział VI ppkt 3.2.2 SIWZ, §2 ust. 1 pkt III, §3 ust. 2 pkt 2.2, §14 ust. 2 wzoru umowy załącznik nr 1b do SIWZ

Pytanie 16

Dotyczy SIWZ - rozdział VI ppkt 3.2.2 , ppkt. 7.1.5 SIWZ

„Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 1 Pzp, proszony jest o wyjaśnienie zakresu zamówienia w części określonej jako „nadzór wykonywanych prac adaptacyjnych”, „nadzór i konsultacje w toku prac adaptacyjnych” w szczególności Zamawiający proszony jest o wskazanie zakresu czynności nadzoru które świadczyć ma Wykonawca oraz zasad i warunków na jakich czynności te mają być świadczone”

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że nie nakłada na wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru nad pracami adaptacyjnym. Przez pojęcie „nadzór” zamawiający rozumie ogólną kontrolę pod kątem zgodności prac projektowych z wytycznymi producenta oferowanego akceleratora i DTR akceleratora wskazanymi w §3 ust. 9 załącznika nr 1a i dokumentacji technicznej sprzętu wskazanej w §2 ust. 1-IV załącznika nr 1b do SIWZ oraz poprawności realizowanych robót, świadczoną doraźnie, maksymalnie 4-krotnie (4x jeden dzień roboczy) na wezwanie Zamawiającego. Nie musi być to nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Pytanie 17

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry wymagane, pozycja 1.7.1.b

„Zamawiający proszony jest o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie treści „opis w poz. 1.18” tekstem „opis w poz. 1.28”.

Odpowiedź 17

Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę i zmienia w Załączniku nr 2 do Oferty w poz. 1.7.1.b błędne odwołanie do „poz. 1.18” na poprawne do „poz. 1.28”.

Pytanie 18

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry wymagane, Opcje wyposażenia specyficzne dla DCO, pozycja 1.23

„Zamawiający proszony jest o wskazanie czy wraz ze stacją mobilną SWiZL oczekuje dostawy oprogramowania ARIA Radiation Oncology SmartSpace identycznego z obecnie wykorzystywanym oprogramowaniem systemu ARIA.”

Odpowiedź 18

Zamawiający nie oczekuje dostawy wskazanego w pytaniu oprogramowania.

Pytanie 19

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry wymagane, Opcje wyposażenia specyficzne dla DCO, pozycja 1.23

„Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający obecnie posiada i wykorzystuje oprogramowanie ARIA InSightive Analitics, Zamawiający oczekuje wraz ze stacją mobilną SWiZL dostawy oprogramowania ARIA InSightive Viewer dla 1 użytkownika?”

Odpowiedź 19

Zamawiający nie oczekuje dostawy wskazanego w pytaniu oprogramowania.

Pytanie 20

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.5.2

„Czy Zamawiający zaakceptuje przeniesienie niniejszego parametru z obecnej pozycji w tabeli parametrów wspólnych do tabel z opcjami wyposażenia specyficznego zarówno dla DCO jak i dla ZCO-DG jako parametr 3.22 dla DCO oraz oddzielny parametr 3.30 dla ZCO-DG? Przeniesienie tego parametru umożliwi zaoferowanie alternatywnych konfiguracji wyposażenia.”

Odpowiedź 20

Zamawiający koryguje zapisy w OPZ tj. w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.5.2 tzn. wykreśla poz. 3.5.2 w całości.

Jednocześnie Zamawiający koryguje inne zapisy w OPZ, tj.:

- a) W poz. 3.1.1 i 3.1.3 dodaje słowa „i dla drugiej wiązki fotonowej”
- b) Wykreśla poz. 3.1.2.a i 3.1.2.b oraz poz. 3.1.3.a i 3.1.3.b
- c) Zmienia numerację poz. 3.1.6.a na 3.1.6 a w opisie wykreśla słowa „6MV i 10MV” i „nr ser. 2855 – tylko DCO”
- d) Wykreśla poz. 3.1.6.b w całości
- e) W poz. 3.16 wykreśla słowa „o numerze seryjnym:” i wykreśla poz. 3.16.a i 3.16.b
- f) W poz. 3.16.1, 3.16.2 i 3.16.3 wykreśla słowa „wskazanym w p. 3.16.a i 3.16.b odpowiednio” zastępując je słowami „True Beam”
- g) Wykreśla pozycje od 3.17 do 3.29.1 włącznie tj. całą tabelę pt. „OPCJE WYPOSAŻENIA SPECYFICZNE dla DCO i ZCO-DG”
oraz w części 1. „parametry wymagane”
- h) Zamienia miejscami poz. 1.22 i 1.23 bez zmiany ich treści.

Pytanie 21

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.15.8

*„Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści niniejszego parametru na następujący:
„Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi, przygotowanego dla posiadanych akceleratorów TrueBeam, na oferowanym akceleratorze, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki”.*

Odpowiedź 21

Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy w OPZ tj. w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.15.8. i udostępnia nowy aktualny OPZ.

Pytanie 22

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.15.9

*„Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści niniejszego parametru na następujący:
„Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi, przygotowanego dla oferowanego akceleratora, na posiadanych akceleratorach TrueBeam bez dokonywania jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki”.*

Odpowiedź 22

Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy w OPZ tj. w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.15.9. i udostępnia nowy aktualny OPZ.

Pytanie 23

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.16.3

*„Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści niniejszego parametru na następujący:
„Realizacja dowolnego planu leczenia przygotowanego dla oferowanego akceleratora wszystkimi wiązkami fotonowymi, na posiadanym przez Zamawiającego akceleratorze wskazanym w p.3.16.a i 3.16.b odpowiednio, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki”.*

Odpowiedź 23

Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy w OPZ tj. w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.16.3. (z uwzględnieniem zmiany w odpowiedzi na pyt. nr 20) i udostępnia nowy aktualny OPZ.

Pytanie 24

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §3, ust 4

„W celu umożliwienia zrealizowania niniejszej umowy, zwracamy się do Zamawiającego o dodanie na końcu niniejszego ust. zdania: „Udostępnienie bunkra nastąpi nie później niż na 8 tygodni przed upływem terminu o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.4.”

Odpowiedź 24

Wykonawca w tym pytaniu miał zapewne na myśli termin określony w §7 ust. 1 pkt. 1.4 dla Fazy IV. Zamawiający uważa jednak, iż 7 tygodni, tj. okres od 08.02.2019 (termin określony w §7 ust. 1 pkt. 1.3) do 29.03.2019 (termin określony w §7 ust. 1 pkt. 1.4) jest odpowiedni i wystarczający. Zamawiający nie zmienia zatem w/w terminów.

Pytanie 25

SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §3, ust 6

„Zwracamy się do Zamawiającego o zapewnienie, że adaptacje pracowni „F”, przed wykonaniem przez Wykonawcę riggingu będą spełniały wszystkie wytyczne instalacyjne producenta „nowego” akceleratora zgodnie z DDR akceleratora i dodatkowymi wytycznymi dla projektantów, o których mowa w § 3 ust.9 umowy.”

Odpowiedź 25

Zamawiający informuje, że taka jest jego intencja.

Pytanie 26

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §8 ust. 3

„Zwracamy się do Zamawiającego o zastąpienie w ust. 3 zwrotu: „3 (trzy) faktury:” – zwrotem: 4 (cztery) faktury:” oraz o wykreślenie w pkt. 3.3 zwrotu: „oraz szkoleń niezbędnych do właściwego używania przedmiotu dostawy, jak również dodanie pkt. 3.5 w brzmieniu: „Fakturę po zakończeniu szkoleń niezbędnych do właściwego używania przedmiotu dostawy”

Odpowiedź 26

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia ust. 3 i pp. 3.3 i 3.4

Pytanie 27

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a §8 ust. 3

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wysokość każdej z faktur o której mowa w §8 ust. 3 pkt 3.1-3.3 stanowić będzie wynagrodzenie w wysokości jak wskazane w odpowiedniej pozycji oferty Wykonawcy”

Odpowiedź 27

Zamawiający potwierdza w odniesieniu pp. 3.1-3.3 oraz zmienionego p. 3.4 (w odpowiedzi na pytanie nr 26), że wysokość każdej z faktur o której mowa w §8 ust. 3, stanowić będzie wynagrodzenie w wysokości, jak wskazane w odpowiedniej pozycji oferty Wykonawcy.

Pytanie 28

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §8 ust. 6 pkt. 6.3

„Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie zdania końcowego”

Odpowiedź 28

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zdanie końcowe w załączniku nr 1a, Wzór umowy, §8 ust. 6 pkt. 6.3

Pytanie 29

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §8 ust. 6

„Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie pkt. 6.4 w brzmieniu: „Wg poz. 3.5 – obustronnie podpisany Protokół szkoleń.”

Odpowiedź 29

Zamawiający dodaje p. 6.4 w załączniku nr 1a do SIWZ, Wzór umowy, §8 ust. 6 w brzmieniu „Wg poz. 3.4 – obustronnie podpisany Protokół z wykonania szkoleń.”

Pytanie 30

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a Wzór umowy §12 ust. 12

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że chodzi i czynność asysty, o której mowa w pkt VI ppkt. 3.1.3 lit.a) SIWZ”

Odpowiedź 30

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy §14, ust 7 pkt I).

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wliczania czasu pomiarów wykonywanych przez Zamawiającego do czasu niesprawności. Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania punkt I) "Czas pomiarów jest zaliczany do czasu niesprawności" albo zmianę ostatniego zdania punktu I) na "Czas pomiarów nie jest zaliczany do czasu niesprawności". Wykonawca nie ma wpływu na czas realizacji pomiarów przez pracowników Zamawiającego.”

Odpowiedź 31

Zamawiający zastępuje w załączniku nr 1a, Wzór umowy §14, ust 7 pkt I). słowo „pomiarów” słowem „asysty”.

Pytanie 32

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a Wzór umowy §15

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że kary umowne dotyczą niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie oraz zakresie w §15 umowy wskazanym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Odpowiedź 32

Zamawiający informuje, że zgodnie z umową w zakresie nieuregulowanym w umowie obowiązują ogólne przepisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie 33

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1.2

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary z odpowiednio z 10.000 PLN na 5.000 PLN oraz z 15.000 PLN na 10.000 PLN, gdyż ma to wpływ na ocenę przez Wykonawcę ryzyka a co za tym idzie na wysokość zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.”

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1.3

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary z 15.000 PLN na 10.000 PLN, gdyż ma to wpływ na ocenę przez Wykonawcę ryzyka a co za tym idzie na wysokość zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.”

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1.4

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary z 15.000 PLN na 10.000 PLN, gdyż ma to wpływ na ocenę przez Wykonawcę ryzyka a co za tym idzie na wysokość zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.”

Odpowiedź 35

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1.1.12

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary z odpowiednio z 15.000 PLN na 5.000 PLN oraz z 30.000 PLN na 10.000 PLN, gdyż ma to wpływ na ocenę przez Wykonawcę ryzyka a co za tym idzie na wysokość zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy”

Odpowiedź 36

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15

„Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie ust. 1a w brzmieniu: „ Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 1.000.000 (jeden milion) PLN.”

Odpowiedź 37

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 2 ust. 1 pkt. III

„Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z uwagi na to że Prezes nie jest zobowiązany do wydawania opinii.”

Odpowiedź 38

Zamawiający wprowadza zmiany w § 2 ust. 1 pkt. III SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy

Pytanie 39

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy § 3 ust. 2 pkt 2.2

„Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie zakresu przedmiotu umowy w części określonej jako „nadzór wykonywanych prac adaptacyjnych”, w szczególności Zamawiający proszony jest o wskazanie zakresu czynności nadzoru które świadczyć ma Wykonawca oraz zasad i warunków na jakich czynności te mają być świadczone”

Odpowiedź 39

Zamawiający nie nakłada na wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru nad pracami adaptacyjnym. Przez pojęcie „nadzór” zamawiający rozumie ogólną kontrolę pod kątem zgodności prac projektowych z wytycznymi producenta oferowanego akceleratora i DTR akceleratora wskazanymi w §3 ust. 9 załącznika nr 1a i dokumentacji technicznej sprzętu wskazanej w §2 ust. 1-IV załącznika nr 1b do SIWZ oraz poprawności realizowanych robót, świadczoną doraźnie, maksymalnie 4-krotnie (4x jeden dzień roboczy) na wezwanie Zamawiającego. Nie musi być to nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Pytanie 40

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 5 ust. 3 lit. g

„Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja logiczna, elektryczna, chłodzenia wodnego i sprężonego powietrza do których ma odbyć się podłączenie i montaż sprzętu będą spełniały wytyczne instalacyjne producenta sprzętu, a także o potwierdzenie że Wykonawca nie jest w ramach realizacji niniejszej umowy do wykonania żadnych adaptacji / przystosowań w/w instalacji.”

Odpowiedź 40

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest przeprowadzenie, w żadnym zakresie prac adaptacyjnych – dostosowujących istniejące pomieszczenia do wymogów producenta sprzętu, którego dostawa jest przedmiotem tego postępowania. W SIWZ szczegółowo określono jednak wymagania odnośnie wykonania przez Wykonawcę projektu osłon stałych, dostarczenia przez Wykonawcę danych i wytycznych niezbędnych do wykonania prac projektowych adaptacji, a także uczestnictwa podczas realizacji adaptacji.

Pytanie 41

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 5 ust. 3 lit. g ppkt. 3

„W przypadku poprawnego działania sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę, kto pokryje koszty doprowadzenia do poprawnej bilateralnej transmisji danych pomiędzy stacjami a serwerem systemu w przypadku, gdy nieprawidłowości spowodowane będą przez sieć strukturalną wraz z urządzeniami sieciowymi należącymi do Zamawiającego ?”

Odpowiedź 41

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest przeprowadzenie, w żadnym zakresie prac adaptacyjnych – dostosowujących istniejące pomieszczenia do wymogów producenta sprzętu, którego dostawa jest przedmiotem tego postępowania.

Pytanie 42

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy §8 ust. 6

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wysokość każdej z faktur, o której mowa w §8 ust. 6 pkt 6.1-6.2 stanowić będzie wynagrodzenie w wysokości jak wskazane w odpowiedniej pozycji oferty Wykonawcy”

Odpowiedź 42

Zamawiający potwierdza

Pytanie 43

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 8 ust. 6

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę terminu płatności z do 60 dni na do 30 dni, gdyż z chwilą ogłoszenia niniejszego postępowania Zamawiający musi mieć zabezpieczone środki na jego realizację i nie ma żadnych przyczyn żeby Wykonawca zmuszony został do udzielanie kredytu kupieckiego, koszt którego musi mieć wpływ wartość oferty.”

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 8 ust. 6

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu: „co najmniej 2 faktury” na „co najmniej 3 faktury”

Odpowiedź 44

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy §8 ust.10-11, ust. 13-22

„Przedmiotem zamówienia nie są roboty budowlane w związku z czym Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści wskazanej powyżej, która odpowiednia jest dla umów dot. zamówienia na roboty budowlane”

Odpowiedź 45

Zamawiający informuje, że przytoczone zapisy załącznika nr 1b SIWZ dotyczą podwykonawców w zakresie dostaw, nie robót budowlanych. Zamawiający zmienia ust.10-22 Załącznik nr 1b do SIWZ, Wzór umowy.

Pytanie 46

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 9 ust. 1 pkt. 1.4

„Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy urządzeń typu komputer lub stacja robocza będących wyrobem medycznym lub elementem wyrobu medycznego. Działanie takie byłoby sprzeczne z Ustawą o wyrobach medycznych i mogłoby spowodować potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub personelu”

Odpowiedź 46

Zamawiający informuje, że chce mieć możliwość samodzielnej wymiany urządzenia typu komputer lub stacja robocza, jeśli wymagane będzie, aby było to urządzenie medyczne, to takie, które spełnia ten wymóg, pozostając w zgodzie z Ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie 47

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 11 ust. 4 pkt. 4.3

„Czy z uwagi na zapis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz zważywszy, że realizacja przedmiotu postępowania odbywa się na rzecz profesjonalnego użytkownika - Zamawiający dopuści instrukcje użytkownika (obsługi) w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski?”

Odpowiedź 47

Tłumaczenie dokumentów dotyczy wyłącznie tych obszarów, w których katalogi, foldery etc. odnoszą się wprost do wymagań Zamawiającego opisanych w Załączniku nr 2 do OFERTY ergo – w pozostałym zakresie dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski. Nadmienić należy, że Zamawiający nie wymaga tłumaczenia tłumacza przysięgłego, ani żadnej innej szczególnej formy. Wystarczy dokument źródłowy w języku obcym i tłumaczenie Wykonawcy z odniesieniem tekstu do właściwych punktów OPZ.

Pytanie 48

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy § 11 ust. 13

„Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 13 w § 11 albo uwzględnienie w jego treści, że wykonanie przedmiotu umowy uzależnione jest od przekazania Wykonawcy pomieszczeń spełniających wymagania instalacyjne sprzętu w terminie nie później niż 8 lutego 2019.”

Odpowiedź 48

Zobowiązanie określone w § 11 ust. 13 Załącznik nr 1b do SIWZ, Wzór umowy pozostaje w logicznej konsekwencji pozostałych zapisów umowy tym, że Zamawiający musi również dochować przewidzianych terminów.

Pytanie 49

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 16

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę daty uzgodnienia harmonogramu przeglądów z daty podpisania umowy na datę uruchomienia przedmiotu umowy. Powyższe

pozwoli na uzgodnienie daty przeglądów przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu. Proponowana treść:

„Przeglądy techniczne opisane w ust. 14. powyżej będą przeprowadzane wg harmonogramu uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a ZCO w ciągu 14 dni po podpisaniu Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji.”

Odpowiedź 49

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 1b do SIWZ, Wzór umowy, §13, ust. 16.

Pytanie 50

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 19

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu „upoważnienie” na „autoryzację”. Treść po zmianie: „Czynności wymienione w niniejszym paragrafie wykonają upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy wymienieni w autoryzacji producenta dla personelu serwisu Wykonawcy.”

Odpowiedź 50

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 1b do SIWZ, Wzór umowy, §13, ust. 19.

Pytanie 51

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §14, ust 16

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę daty uzgodnienia harmonogramu przeglądów z daty podpisania umowy na datę uruchomienia przedmiotu umowy. Powyższe pozwoli na uzgodnienie daty przeglądów przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu. Proponowana treść:

„Przeglądy techniczne opisane w ust. 14. powyżej będą przeprowadzane wg harmonogramu uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a DCO w ciągu 14 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Dostawy.”

Odpowiedź 51

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 1a do SIWZ, Wzór umowy, §14, ust 16.

Pytanie 52

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §14, ust 19

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu „upoważnienie” na „autoryzację”. Treść po zmianie: „Czynności wymienione w niniejszym paragrafie wykonają upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy wymienieni w autoryzacji producenta dla personelu serwisu Wykonawcy.”

Odpowiedź 52

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 1a do SIWZ, Wzór umowy, §14, ust 19

Pytanie 53

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 7, f)

„Celem optymalizacji wartości oferty, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu interwencji opisanego w ust 7 punkt f) z 24 godzin do 48 godzin liczonych w dniach terapeutycznych.”

Odpowiedź 53

Zamawiający zmienia termin interwencji opisany w Załącznik nr 1b do SIWZ, §13 ust. 7 pkt f)

Pytanie 54

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 7, g)

„Celem optymalizacji wartości oferty, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu interwencji opisanego w ust 7 punkt g) z 2 dni terapeutycznych do 4 dni terapeutycznych.”

Odpowiedź 54

Zamawiający zmienia termin interwencji opisany w Załącznik nr 1b do SIWZ, §13 ust. 7 pkt g)

Pytanie 55

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 7, h)

„Celem optymalizacji wartości oferty, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu interwencji opisanego w ust 7 punkt h) z 4 dni terapeutycznych do 5 dni terapeutycznych.”

Odpowiedź 55

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że kary umowne dotyczą niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie oraz zakresie w §15 umowy wskazanym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Odpowiedź 56

Kary umowne będą naliczane w okolicznościach wskazanych w § 15, w sytuacji jeżeli wyłączną przyczyną zaistnienia przesłanek do naliczenia kar będą działania lub zaniechania Zamawiającego to nie będzie podstaw do obciążania nimi Wykonawcy.

Pytanie 57

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b ,Wzór umowy , Rozdział IX. Gwarancja jakości i rękojmia za wady na przedmiot umowy, §13, ust 13

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację ust 13 poprzez dodanie zapisu dotyczącego konserwacji sprzętu i pomiarów dozymetrycznych; „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia danego sprzętu z eksploatacji. Jako czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji rozumie się czas od dnia zgłoszenia awarii (bez tego dnia, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godz. 14.30) do dnia przekazania sprawnego sprzętu użytkownikowi (bez tego dnia, jeżeli przekazanie nastąpiło do godz. 14.30), gdy w tym czasie nie było możliwe prowadzenie napromieniania pacjentów zgodnie z ich radioterapeutycznymi planami leczenia (energia, dawka, technika napromieniania itd.) z wykorzystaniem oferowanego akceleratora. Jeśli ZCO nie udostępni sprzętu Wykonawcy w celu wykonania naprawy, Wykonawca zaznacza ten fakt w raporcie/protokole z naprawy, a przedłużenia okresu gwarancji opisanego powyżej nie stosuje się. Do okresu przestoju nie zalicza się dni wyłączeń Sprzętu w celu przeprowadzenia Planowanych usług konserwacyjnych, godzin pomiędzy przekazaniem przez Wykonawcę sprzętu do pomiarów dozymetrycznych a chwilą ich rozpoczęcia, oraz godzin w których Zamawiający nie udziela świadczeń zdrowotnych.”

Odpowiedź 57

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1b do SIWZ, Wzór umowy, §13, ust. 13.

Pytanie 58

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a , Wzór umowy , Rozdział IX. Gwarancja jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy, §13, ust 13

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację ust 13 poprzez dodanie zapisu dotyczącego konserwacji sprzętu i pomiarów dozymetrycznych; „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia danego sprzętu z eksploatacji. Jako czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji rozumie się czas od dnia zgłoszenia awarii (bez tego dnia, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godz. 14.30) do dnia przekazania sprawnego sprzętu użytkownikowi (bez tego dnia, jeżeli przekazanie nastąpiło do godz. 14.30), gdy w tym czasie nie było możliwe prowadzenie napromieniania pacjentów zgodnie z ich radioterapeutycznymi planami leczenia (energia, dawka, technika napromieniania itd.) z wykorzystaniem oferowanego akceleratora. Jeśli ZCO nie udostępni sprzętu Wykonawcy w celu wykonania naprawy, Wykonawca zaznacza ten fakt w raporcie/protokole z naprawy, a przedłużenia okresu gwarancji opisanego powyżej nie stosuje się. Do okresu przestoju nie zalicza się dni wyłączeń Sprzętu w celu przeprowadzenia Planowanych usług konserwacyjnych, godzin pomiędzy przekazaniem przez Wykonawcę sprzętu do pomiarów dozymetrycznych a chwilą ich rozpoczęcia, oraz godzin w których Zamawiający nie udziela świadczeń zdrowotnych.”

Odpowiedź 58

Zamawiający domyśla się, iż Wykonawca omyłkowo odnosi się do §13 zamiast do §14 Załącznika nr 1a do SIWZ, Wzór umowy.

Zamawiający, uwzględniając zapisy w §14, ust. 9, 10 i 11 Załącznika nr 1a do SIWZ, Wzór umowy, uzupełnia zapis w §14, ust 13. Jednocześnie Zamawiający koryguje zapis w §14, ust 14 Załącznika nr 1a do SIWZ, Wzór umowy zastępując liczbę „3” liczbą „4” – w ten sposób Zamawiający doprecyzowuje w umowie częstość przeglądów względem wymaganej w Załączniku nr 2 do Oferty, OPZ, Gwarancja i Szkolenia, poz. 2.1.6.

Pytanie 59

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 14 oraz ust 16

„Celem optymalizacji wartości oferty, Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów technicznych w przedziale poniedziałek – piątek w ramach dni terapeutycznych.”

Odpowiedź 59

Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie przeglądów technicznych w przedziale poniedziałek – piątek w ramach dni terapeutycznych.

Pytanie 60

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b , Wzór umowy ,Rozdział IX. Gwarancja jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy, §13, ust 17

„Z uwagi na to iż w zakresie prac przeglądu technicznego ujęte są czynności konserwacji sprzętu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z ust 17, słowa „konserwacja” i pozostawienie zgodnie z poniższym zapisem tj: „Przeprowadzenie przeglądu technicznego, napraw czy uaktualnień oprogramowania Wykonawca potwierdzi Raportem Serwisowym i przekaże go ZCO do podpisu. Raport Serwisowy zostanie sporządzony w 2 egz. – po jednym dla ZCO i Wykonawcy.”

Odpowiedź 60

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedstawiona propozycja jest spójna z zapisami SIWZ.

Pytanie 61

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b , Wzór umowy ,Rozdział IX. Gwarancja jakości i rękojmia za wady na przedmiot umowy, §13, ust 18

„Z uwagi na to iż w zakresie prac przeglądu technicznego ujęte są czynności konserwacji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z ust 18, słowa „konserwacja” i pozostawienie zgodnie z poniższym zapisem tj: „Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ostatecznego przeglądu technicznego nie wcześniej niż w ostatnich 2 tygodniach obowiązywania gwarancji „

Odpowiedź 61

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedstawiona propozycja jest spójna z zapisami SIWZ.

Pytanie 62

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III, pkt 3 (tabela) w zw. z §8 ust. 3 pkt 3.3 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy)

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację pkt. 3 tabeli poprzez usunięcie z niego zapisu nt. szkoleń i wyodrębnienie go w osobnym punkcie tabeli”

Odpowiedź 62

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w wyniku odpowiedzi na pytania 26-29, Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III, pkt 3 (tabela).

Pytanie 63

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III, pkt 6 (tabela) w zw. z §8 ust. 6 pkt 6.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy)

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację pkt. 6 tabeli poprzez usunięcie z niego zapisu nt. szkoleń i wyodrębnienie go w osobnym punkcie tabeli oraz modyfikację §8 ust. 6 pkt 6.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy) poprzez usunięcie z niego zapisu nt. szkoleń i wyodrębnienie w pkt. 6.3.”

Odpowiedź 63

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zapisy rozdziału III, pkt 6 (tabela) Załącznika nr 2 do SIWZ (wzór oferty) są spójne z §8 ust. 6 pkt 6.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy).

Pytanie 64

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.9.8

„Zważywszy na fakt, iż Zamawiający w parametrze 1.19.1 wymaga dostarczenia oprogramowania dozymetrii portalowej wyłącznie dla DCO, Zamawiający proszony jest o korektę i przeniesienie parametru ocenianego 3.9.8 z tabeli wspólnych parametrów ocenianych do tabeli z opcjami wyposażenia specyficznego dla DCO jako kolejny parametr niezależny od opcji wyposażenia dla ZCO-DG”

Odpowiedź 64

Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, wykreślając poz. 3.9.8 z tabeli wspólnych parametrów ocenianych.

Pytanie 65

Dotyczy Umowa – załącznik 1 a - §7 ust. 1 pkt. 1.2

„W pkt.1.2 Zamawiający powołał się na nieopublikowany załącznik nr 2 do umowy – prosimy Zamawiającego o udostępnienie w/w Załącznika nr 2.”

Odpowiedź 65

Załącznik nr 2 został opublikowany razem z Wzorem umowy dla DCO, Załącznik nr 1a do SIWZ, strony 20-26.

Pytanie 66

Dotyczy JEDZ – część V

„Zamawiający proszony jest o usunięcie z dokumentu JEDZ części V – Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów, ponieważ dotyczy ona jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego”

Odpowiedź 66

Zamawiający informuje, że część V w dokumencie JEDZ nie powinna otworzyć się do wypełnienia jeżeli wykonawca w zakładce procedura zdefiniuje „Type of procedure” jako „open procedure”.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4:

- rozdział VI pkt 3 ppkt 3.1.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem. Podpunkty a) i b) nie zmieniają treści i formy.

- rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

wykonanie projektu osłon stałych dla sprzętu do dnia 15.01.2019 r., nadzór wykonywanych prac adaptacyjnych, udział w odbiorze zaadaptowanej pracowni.

- rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz szkoleń zgodnie z wymaganiami producenta niezbędnych do właściwego używania przedmiotu dostawy w terminie do dnia 29.03.2019 r., pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem. Podpunkty a) i b) nie zmieniają treści i formy.

Zamawiający informuję, iż

- 1) wszystkie zmiany do umów wynikające z udzielonych odpowiedzi zostaną uwzględnione w umowach jakie będą zawierane z wybranym Wykonawcą.
- 2) wszystkie zmiany wynikające z udzielonych wyżej odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert z powołaniem się na udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Zamawiający udostępnia także nowe, aktualne wzory umów stanowiące załączniki 1a i 1b do SIWZ oraz nowy, aktualny załącznik nr 2 do OFERTY po uwzględnieniu pytań, które zostały zadane przez wykonawców.

Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania ofert** oraz **termin obowiązkowego wniesienia wadium** w niniejszym postępowaniu do: 27/09/2018r. do godziny 09:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 27/09/2018r. o godz. 12:00

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie.